JQ-008

Wasserdichter Bodentester EG und Temperatur

Salzgehaltsprüfung des Topfbodens

Bodensalzgehaltsprüfung

Einführung

Operation

1. Drücken Sie die ON / OFF-Taste, um den Zähler einzuschalten

2. Stecken Sie die Elektrode in die entsprechende Tiefe des zu testenden Bodens ein, fügen Sie gegebenenfalls eine angemessene Menge an deionisiertem Wasser hinzu.

3. Stehen und warten auf den Prüfwert

4. Drücken Sie die TEMP-Taste, um zwischen °C und °F

5. Nach Abschlussprüfung drücken Sie die ON / OFF-Taste, um den Zähler auszuschalten, die Elektrode zu reinigen, sie zu retten, um von der Verschmutzung fernzuhalten.

Parameter

JQ-008		
Bereich	EC	0.00-10.00mS/cm
	TEMP	-30°C-80°C
		-22°F-176.0°F
Auflösung	EC	0.01mS/cm
	Temp	0.1°C；0.1°F
Genauigkeit	EC	±2%F.S.
	Temp	±0.5°C
Kalibrierung	EC	Ein-Punkt-Kalibrierung (1413us/cm)
Temperatur ATC	ATC (-30°C-80°C)	
Elektrode	Ersatz	
Bessere Leistung	Niedriger Batteriestand	
Hintergrundbeleuchtung	Unterstützung	
Ausschalten	Automatische Abschaltung, ca. 10 Minuten	
Stromversorgung	3*1.5V Knopfbatterie	
Umgebung verwenden	RH:max 90%	
Wasserdicht	Wasserdichtigkeit der Sonde ip67	

Kalibrierung

1. Schalten Sie den Zähler an, setzen Sie die lange Elektrode in die Standardlösung von 1,41mS, schütteln Sie es sanft und warten Sie, bis sich der Wert stabilisiert. (Hinweis; Beim Kalibrieren müssen wir halten den Zähler in unserer Hand, und lassen Sie die Elektrode keine Objekte berühren.)

2. Drücken Sie die CAL-Taste für eine Weile, bis die Bildschirmanzeige CAL, wenn der Wertblitz in den Kalibrierungsmodus eintritt, drücken Sie ▼ Um den Wert zu verringern, drücken Sie ▲ um den Wert zu erhöhen, den Wert auf 1,41mS anzupassen, dann stoppt der Wert zu blinken, beendet die Kalibrierung.

Aufmerksamkeit

1. Versuchen Sie, eine Kollision mit harten Gegenständen zu vermeiden, wenn Sie die Elektrode in den Boden einlegen

2. Nach Abschlussprüfung reinigen Sie die Elektrode und halten Sie sie trocken

3. Wenn der Bildschirm anzeigt. bedeutet außerhalb der Reichweite.

4. Nach dem niedrigen Batterialarm ersetzen Sie die Batterie rechtzeitig, um die normale Verwendung zu gewährleisten

Hinsichtlich der Batteriekapazität: Wenn das Produkt vollständig geladen ist, kann es 50 Stunden lang kontinuierlich verwendet werden, ohne sich Sorgen um den Batteriepiegel zu machen. Wenn Sie ein Produkt mit unzureichender Batterie erhalten, kontaktieren Sie uns bitte, um es für Sie zu ersetzen.